

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego i nowych urządzeń pomocniczych dla potrzeb wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Poddębicach

Gmina Poddębice działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuje:

Pytanie 1

Poz.1. wózek stabilizujący głowę i plecy

- Czy Zamawiający wymaga bezwzględnie podwójnego krzyżaka? (maksymalna waga pacjenta 125kg nie wskazuje na konieczność wzmocnienia wózka)

- „Regulowane oparcie” co zamawiający rozumie pod tym pojęciem? (kąta nachylenia, góra dół?)

Odpowiedź:

Podwójny krzyżak jest wymagany z uwagi na przeznaczenie wózka (wypożyczalnia sprzętu) Przez „regulowane oparcie” Zamawiający rozumie regulację kąta nachylenia oparcia (hydraulicznie)

Pytanie 2

Poz.6. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem regulacja siedziska w urządzeniu takim jak szyna stawu kolanowego nie ma siedziska

Odpowiedź:

Poz. 6 zał. Nr 5 otrzymuje brzmienie:

6.	Szyna do ćwiczeń biernych i czynnych stawu kolanowego	1	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość regulacji stopnia trudności ćwiczeń - przystawka zwiększająca zakres wykonywanych ruchów - pasy stabilizujące pacjenta w czasie ćwiczeń - siedzisko umożliwiające ćwiczenia dzieciom i dorosłym - możliwość dostosowania do każdej wielkości stopy - stabilna konstrukcja - waga do 50 kg - instrukcja w języku polskim - gwarancja min. 24 miesiące
-----------	---	---	--

Pytanie 3

Poz.8. wózek z możliwością pionizacji

- w jaki sposób powinno być regulowane oparcie pleców
- co Zamawiający rozumie pod określeniem zespół napędowy

Odpowiedź:

Oparcie pleców powinno być regulowane w zakresie kąta nachylenia.

Zamawiający poprzez określenie „zespół napędowy” rozumie możliwość elektrycznej pionizacji wózka – wózek o napędzie ręcznym.

Pytanie 4

Poz.17, 26 wózki

- jaki rodzaj poduszki p/o Zamawiający ma na myśli: piankową, typu Gofr czy pneumatyczną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa dokładnie typu poduszki przeciwoleżynowej, akceptuje każdy z

typów wymieniony w SIWZ.

Pytanie 5

Poz.8. wózek z możliwością pionizacji

- Czy zamawiający dopuści wózek spełniający wszystkie parametry oprócz funkcji rozsuwania kół przednich przy pionizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wózka bez funkcji rozsuwania kół przednich.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Burmistrz Poddębic
Piotr Sęczkowski